調達品目表（６６３０００３A）
統制番号：K２５S－０１３EL４TB－NE５－０００２

調達要求番号	DP１４０１５４０３１４６６	作成部課名	資材計画部　資材計画課
調達要求年月日	平成２５年　６月２４日	作成年月日	平成２４年　５月２９日
仕様書番号	C&LPS－P００００７－１０		

品名	カタログ製品名[*]	数　量
導電率測定器	MBA Instruments GmbH 社　MLA９００ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	１　EA

注[*] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1　同等とする性能等

1.1　性能等

a)　測定内容　　　：導電率測定及び温度測定ができること。
b)　導電率測定範囲　：０～１９９９ｐｓ／ｍ
c)　導電率精度　　：±２％
d)　温度測定範囲　：－２０～＋６０℃
e)　温度精度　　　：±０．５℃
f)　ケーブルの長さ　：２ｍ以上

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　類別原資料　　：不要
b)　取扱説明書　　：本体に１部